

## Følgeseddel

Du kan med fordel udfylde nedenstående formular og benytte den som følgeseddel når du indsender trykmåleudstyr til kalibrering.

Navn	
Firmanavn	Deres reference
Firmaadresse	Returneringsadresse
Firma hovedtelefonnummer	Direkte telefonnummer
E-mail	
Ordrenummer	CVR nummer

Serienummer	Internt nummer
Fabrikat	Type (Differenstryk, absolut tryk el. gauge tryk)
Måleområde	Opløsning
Kalibreringspunkter	
Tolerancer	
Seneste certifikatnummer	

- Udstyret skal kalibreres som sidst.
- Udstyret skal kalibreres som certifikatnummer: \_\_\_\_\_.
- Udstyret skal kalibreres iht. EURAMET calibration guide 17.
- Udstyret skal kalibreres iht. ISO 3567 (Gælder kun vakuumåler under 10 kPa).
- Udstyret skal klassificeres iht. DIN 837 (Gælder kun bourdonrørsmanometer som er produceret i overensstemmelse med DIN 837).
- Måleren skal justeres hvis fejlen er større end tilladt.
- Lodderne til dødvægttesteren er rengjort.
- Måleren må ikke kalibreres med olie.
- Måleren er ikke er forurenset med toksisk, ætsende, eksplosive, radioaktive, mikrobiologiske eller andre skadelige stoffer.

Bemærkning
------------